

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO N °
90009/2024 - FAGIFOR
PROCESSO N° P184252/2024**

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela **EMPRESA DTECH MEDICAL DEVICES**, INSCRITA NO CNPJ No. 49.938.371/0001-08, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, que tem por objeto a “**Registro de Preços visando a seleção de empresa para aquisições futuras e eventuais de Materiais Médicos Hospitalares Gerais III para atender as necessidades da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza – FAGIFOR**”, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório, estamos encaminhando, abaixo, a resposta elaborada pela Gerência Administrativa - GERAD da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza – FAGIFOR.

Nos termos do PE n° 90009/2024, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar, ou pedir esclarecimentos, ao edital por irregularidade na aplicação da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

Assim, como a licitação ocorrerá no dia 12/08/2024, e o pedido de esclarecimento foi enviado para o e-mail da FAGIFOR (licitacao@fagifor.fortaleza.ce.gov.br) na data de 06/08/2024, o mesmo deverá ser considerado tempestivo.

Acerca dos pedidos de esclarecimentos apresentados, seguem as repostas abaixo:

1) O pedido de esclarecimento da empresa DTECH LTDA (CNPJ: 49.938.371/0001-08), é referente ao item 17 do edital (INDICADOR BIOLÓGICO C/ RESPOSTA EM 3 HORAS).

No parágrafo 4.4 do edital, é informado que " não se aplica " o fornecimento de equipamentos em regime de comodato. Porém, para a utilização correta do produto, é necessário o uso de equipamento (incubadora). Portanto, solicitamos uma resposta se realmente não será necessário o envio de equipamentos em regime de comodato para participação do item.

Resposta: Sim, será necessário o envio de equipamento em regime de comodato. A Incubadora Biológica é um equipamento que cria um ambiente propício para o desenvolvimento de microrganismos. Nela, são postos a prova os Testes Biológicos. Os insumos deverão ser compatíveis com o Equipamento. Será necessário 01 (um) Equipamento em COMODATO para o Frotinha de Messejana(HDEBO).

Atenciosamente,

Fortaleza, 07 de Agosto de 2024

JORGE BRAGA NETO
Agente de Contratação
Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza – FAGIFOR